

ILO.354.06.01.2022

Wieluń, dnia 26 kwietnia 2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

zaprasza do złożenia ofert na:

**Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji utworzenia ekopracowni pn.
„BIO-Przestrzeń w Korczaku”**

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących pomocy dydaktycznych:

a) mikroskop biologiczny dla ucznia – 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop biologiczny dla ucznia	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w lewym tubusie
	Korekcja	160 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Rozstaw źrenic	48-75 mm
	Obiektywy	4x, 10x, 40x, 100x
	Regulacja ostrości	mikro/makro
	Oświetlenie	przechodzące
	Stolik mikroskopowy	142 x 132 mm
	Głowica	binokularowa
	Rewolwer obiektywowy	czteroobiektowy
	Mechanizm przesuwu preparatu	- na dwa preparaty - zakres ruchu 75 x 40 mm - z noniuszem
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne, współosiowe
	Kondensor	Abbego N.A. 1,25
	Powiększenia mikroskopu	40x, 100x, 400x, 1000x
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia okularów	18 mm (+-1mm)
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Działka elementarna ruchu mikro	4 um
	Wyposażenie (pozostałe)	filtr zielony, kabel zasilający, obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x, 100x, okulary: 10x, olejek immersyjny, pokrowiec

b) mikroskop biologiczny dla nauczyciela – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop biologiczny dla nauczyciela	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w lewym tubusie
	Korekcja	160 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Rozstaw źrenic	48-75 mm
	Obiektywy	4x, 10x, 40x, 100x
	Regulacja ostrości	mikro/makro
	Oświetlenie	przechodzące
	Stolik mikroskopowy	142 x 132 mm
	Głowica	trinokularowa
	Rewolwer obiektywowy	czteroobiektywowy
	Mechanizm przesuwu preparatu	- na dwa preparaty - zakres ruchu 75 x40 mm - z noniuszem
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne, współosiowe
	Kondensor	Abbego N.A. 1,25
	Powiększenia mikroskopu	40x, 100x, 400x, 1000x
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia okularów	18 mm (+-1mm)
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Działka elementarna ruchu mikro	4 um
	Podział światła w głowicy	50:50 (okulary: tubus kamery)
	Wyposażenie (pozostałe)	filtr zielony, kabel zasilający, obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x, 100x, okulary: 10x, olejki immersyjne, pokrowiec, wbudowany akumulator
	Dodatkowe wyposażenie mikroskopu	- oświetlacz Koehlera, przysłona polowa – 1 szt. (kompatybilny z mikroskopem); - kondensor suchy do ciemnego pola – 1 szt. (kompatybilny z mikroskopem); - zestaw do prostej polaryzacji – 1 szt. (kompatybilny z mikroskopem); - zestaw preparacyjny – 1 szt.

c) mikroskop stereoskopowy dla ucznia – 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop stereoskopowy	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w lewym tubusie
	Odległość robocza	57 mm
	Źródło oświetlenia	LED

	Obiektywy	2x/4x
	Regulacja ostrości	makro
	Oświetlenie	odbicie, przechodzące
	Głowica	binokularowa
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia okularów	20 mm (+-1mm)
	Pole widzenia mikroskopu	9 mm, 4,5 mm
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Powiększenie mikroskopu	40x, 20x
	Wyposażenie (pozostałe)	zasilacz sieciowy, 3x akumulatorki AA Ni-MH, obiektywny: 2x, 4x, okulary: 10x, pokrowiec

d) mikroskop stereoskopowy dla nauczyciela – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop stereoskopowy dla nauczyciela	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w obu tubusach
	Rozstaw źrenic	52-75 mm
	Odległość robocza	97 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Regulacja ostrości	makro
	Oświetlenie	odbicie, przechodzące
	Głowica	trinokularowa
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne
	Powiększenia mikroskopu	10-45x
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia mikroskopu	19-4,5 mm
	Pole widzenia okularów	20 mm (+-1mm)
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Moc oświetlenia	3 W
	Powiększenie głowicy	1-4,5
	Krotność zoom głowicy	1:4,5
	Podział światła w głowicy	50:50 (okulary: tubus kamery)
	Wyposażenie (pozostałe)	adapter do montażu kamery mikroskopowej, aparatu; kabel zasilający; pokrowiec; zapasowe bezpieczniki

e) kamera mikroskopowa – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop stereoskopowy dla nauczyciela	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Typ sensora	kolor
	Rozdzielczość sensora	2 MP; 1600 x 1200 pikseli
	Zakres spektralny	380-650 nm
	Interfejs danych	USB 2.0
	Obsługiwane rozdzielczości	16 FPS dla 1600 x 1200 pix 50 FPS dla 800 x 600 pix
	Parametry zasilania	USB 5 V

Zakres czasów ekspozycji	0,244 – 2000 ms
Czułość	1000 mV/lux-sec
Format zapisu video, zdjęć	*avi, *wmv, *mp4, *jpg, *png, *tif, *jp2, *webp, *tft, *dng (RAW)
Wielkość piksela	3,2 x 3,2 μ m
Binning	1x1, 2x2
Wyposażenie (pozostałe)	adapter 30 mm i 30,5 mm, kabel zasilający USB, kamera, łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm

f) zestaw preparatów mikroskopowych – 1 szt.

Zestaw 100 szt. preparatów biologicznych, zawierających zarówno tkanki roślinne, jak i zwierzęce. W zestawie powinny znaleźć się następujące preparaty:

1. Ludzkie chromosomy X
2. Ludzkie chromosomy Y
3. Aparaty Golgiego w jajach żaby
4. Mitochondria w gruczole trzustkowym
5. DNA, RNA
6. Ludzki nabłonek wielowarstwowy
7. Jajnik kota
8. Jądra
9. Nerka szczura
10. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi
11. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi
12. Węzły chłonne
13. Wątroba
14. Żołądek
15. Płuco
16. Mięsień gładki w fazie skurczu
17. Nerw motoryczny
18. Rdzeń kręgowy
19. Mięsień sercowy
20. Mięsień szkieletowy
21. Tkanka łączna
22. Ścięgno psa
23. Tkanka kostna
24. Jelito cienkie
25. Mitoza w jajach glisty końskiej
26. Nabłonek wielowarstwowy
27. Nabłonek płaski
28. Nabłonek rzęskowy
29. Wymaz krwi ryby
30. Wymaz krwi ludzkiej
31. Skrzela miętacza
32. Tchawka świerszcza
33. Płazinię
34. Łuska ryby

35. Mrówka
36. Aparat gębowy świerszcza
37. Aparat gębowy muchy
38. Aparat gębowy motyla
39. Tylne odnóże pszczoły miodnej
40. Aparat gębowy pszczoły miodnej
41. Aparat gębowy samicy komara
42. Wrotek
43. Wioślarka
44. Skóra węża
45. Dżdżownica
46. Glista (samiec i samica)
47. Schistosoma (przywra krwi – samica)
48. Schistosoma (przywra krwi – samiec)
49. Płazinięć
50. Stułbia
51. Stułbia
52. Orzęsek Paramecium
53. Euglena
54. Skórka czosnku
55. Tasznik pospolity (młody embrion)
56. Tasznik pospolity (embrion)
57. Liść lilii
58. Pylńnik lilii
59. Załącznia lilii
60. Plazmodesma
61. Ziarno kukurydzy z białem
62. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli
63. Korzeń powietrzny storczyka
64. Owoc pomidora
65. Pyłek kwiatowy
66. Kiełkujący pyłek kwiatowy
67. Liść fasoli
68. Łodyga pelargonii
69. Pień lipy
70. Pień lipy
71. Splątek mchu
72. Rodnia mchu
73. Pylńnik mchu
74. Łodyga słonecznika
75. Łodyga dyni
76. Łodyga dyni
77. Łodyga kukurydzy
78. Łodyga kukurydzy
79. Młody korzeń bobu
80. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy
81. Liść kauczukowca
82. Żeński kłos zarodnikowy sosny
83. Męski kłos zarodnikowy sosny

84. Igła sosny
85. Liść moczarki
86. Łodyga moczarki
87. Liść jaśminu nagokwiatowego
88. Przedrośle paproci
89. Liść paproci
90. Porost
91. Koniugacja skrętnicy
92. Skrętnica
93. Closterium – glon
94. Diatomy
95. Zawłotnia
96. Promieniowiec
97. Rhizopus – grzyb
98. Kropidlak
99. Penicylina
100. Trzy rodzaje bakterii

Wszelkie zmiany w składzie zestawu preparatów należy skonsultować z Zamawiającym.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieekspozowany na wystawach, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:

15 czerwca 2022r.

4. Okres gwarancji: 2 lata

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy wysłać na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka
Ul. Piłsudskiego 6
98-300 Wieluń

lub przesłać faksem/e-mailem 43 843 04 75 sekretariat@korczak.wielun.pl

do dnia 10.05.2022 r. do godziny 9:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.05.2022 r. o godzinie 9:50

6. Warunki płatności:

przekazuje wynagrodzenie na nr konta wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury .

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jarzabek Aleksandra, od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰, tel. (43) 843 04 75

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób nie ulegający ścieraniu.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a/ Formularz ofertowy– wypełniony i podpisany,

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Tatara

OFERTA

na

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji utworzenia ekopracowni pn. „BIO-Przestrzeń w Korczaku”

1.1. Nazwa wykonawcy

1.2. Adres wykonawcy

1.3. NIP

1.4. Regon

1.5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto..... zł (słownie złotych:

.....)

Podatek VAT..... zł (słownie złotych:

.....)

Cenę brutto zł (słownie złotych:

.....)

1.6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

1.7. Termin realizacji zamówienia

1.8. Okres gwarancji **nie dotyczy**

1.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia

1.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

UMOWA nr - projekt

zawarta w dniu r. w Wieluniu pomiędzy:

Powiatem Wieluńskim, z siedzibą w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,

NIP: 832-17-93-787

reprezentowanym przez:

Panią Renatę Tatarę – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6,

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

Panią/ Panem....., zamieszkałym w....., / z siedzibą w przy ul. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: Regon:

reprezentowanym przez:

uprawnionego do-osobowej reprezentacji

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę następujących pomocy dydaktycznych do siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu:

a) mikroskop biologiczny dla ucznia – 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop biologiczny dla ucznia	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w lewym tubusie
	Korekcja	160 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Rozstaw źrenic	48-75 mm
	Obiektywy	4x, 10x, 40x, 100x
	Regulacja ostrości	mikro/makro
	Oświetlenie	przechodzące
	Stolik mikroskopowy	142 x 132 mm
	Głowica	binokularowa
	Rewolwer obiektywowy	czteroobiektywowy
	Mechanizm przesuwu preparatu	- na dwa preparaty - zakres ruchu 75 x40 mm - z noniusem
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne, współosiowe
	Kondensor	Abbego N.A. 1,25
	Powiększenia mikroskopu	40x, 100x, 400x, 1000x
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia okularów	18 mm (+-1mm)
	Zasilanie mikroskopu	AC

	Działka elementarna ruchu mikro	4 um
	Wyposażenie (pozostałe)	filtr zielony, kabel zasilający, obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x, 100x, okulary: 10x, olejki immersyjne, pokrowiec

b) mikroskop biologiczny dla nauczyciela – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop biologiczny dla nauczyciela	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w lewym tubusie
	Korekcja	160 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Rozstaw źrenic	48-75 mm
	Obiektywy	4x, 10x, 40x, 100x
	Regulacja ostrości	mikro/makro
	Oświetlenie	przechodzące
	Stół mikroskopowy	142 x 132 mm
	Głowica	trinokularowa
	Rewolwer obiektywowy	czterookowy
	Mechanizm przesuwu preparatu	- na dwa preparaty - zakres ruchu 75 x40 mm - z noniuszem
	Pokręta regulacji ostrości	dwustronne, współosiowe
	Kondensor	Abbego N.A. 1,25
	Powiększenia mikroskopu	40x, 100x, 400x, 1000x
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia okularów	18 mm (+-1mm)
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Działka elementarna ruchu mikro	4 um
	Podział światła w głowicy	50:50 (okulary: tubus kamery)
	Wyposażenie (pozostałe)	filtr zielony, kabel zasilający, obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x, 100x, okulary: 10x, olejki immersyjne, pokrowiec, wbudowany akumulator
	Dodatkowe wyposażenie mikroskopu	- oświetlacz Koehlera, przysłona polowa – 1 szt. (kompatybilny z mikroskopem); - kondensor suchy do ciemnego pola – 1 szt. (kompatybilny z mikroskopem); - zestaw do prostej polaryzacji – 1 szt. (kompatybilny z mikroskopem); - zestaw preparacyjny – 1 szt.

c) mikroskop stereoskopowy dla ucznia – 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop stereoskopowy dla ucznia	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w lewym tubusie
	Odległość robocza	57 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Obiektywy	2x/4x
	Regulacja ostrości	makro
	Oświetlenie	odbicie, przechodzące
	Głowica	binokularowa
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia okularów	20 mm (+-1mm)
	Pole widzenia mikroskopu	9 mm, 4,5 mm
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Powiększenie mikroskopu	40x, 20x
	Wyposażenie (pozostałe)	zasilacz sieciowy, 3x akumulatorki AA Ni-MH, obiektywne: 2x, 4x, okulary: 10x, pokrowiec

d) mikroskop stereoskopowy dla nauczyciela – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop stereoskopowy dla nauczyciela	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Regulacja dioptrii	+/- 5D w obu tubusach
	Rozstaw źrenic	52-75 mm
	Odległość robocza	97 mm
	Źródło oświetlenia	LED
	Regulacja ostrości	makro
	Oświetlenie	odbicie, przechodzące
	Głowica	trinokularowa
	Pokrętła regulacji ostrości	dwustronne
	Powiększenia mikroskopu	10-45x
	Powiększenie okularu	10x
	Pole widzenia mikroskopu	19-4,5 mm
	Pole widzenia okularów	20 mm (+-1mm)
	Zasilanie mikroskopu	AC
	Moc oświetlenia	3 W
	Powiększenie głowicy	1-4,5
	Krotność zoom głowicy	1:4,5
	Podział światła w głowicy	50:50 (okulary: tubus kamery)
	Wyposażenie (pozostałe)	adapter do montażu kamery mikroskopowej, aparatu; kabel zasilający; pokrowiec; zapasowe bezpieczniki

e) kamera mikroskopowa – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

mikroskop stereoskop	Parametry	Opis minimalnych wymagań
	Typ sensora	kolor
	Rozdzielczość sensora	2 MP; 1600 x 1200 pikseli

Zakres spektralny	380-650 nm
Interfejs danych	USB 2.0
Obsługiwane rozdzielczości	16 FPS dla 1600 x 1200 pix 50 FPS dla 800 x 600 pix
Parametry zasilania	USB 5 V
Zakres czasów ekspozycji	0,244 – 2000 ms
Czułość	1000 mV/lux-sec
Format zapisu video, zdjęć	*avi, *wmv, *mp4, *jpg, *png, *tif, *jp2, *webp, *tft, *dng (RAW)
Wielkość piksela	3,2 x 3,2 μm
Binning	1x1, 2x2
Wyposażenie (pozostałe)	adapter 30 mm i 30,5 mm, kabel zasilający USB, kamera, łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm

f) zestaw preparatów mikroskopowych – 1 szt.

Zestaw 100 szt. preparatów biologicznych, zawierających zarówno tkanki roślinne, jak

i zwierzęce. W zestawie powinny znaleźć się następujące preparaty:

1. Ludzkie chromosomy X
2. Ludzkie chromosomy Y
3. Aparaty Golgiego w jajach żaby
4. Mitochondria w gruczole trzustkowym
5. DNA, RNA
6. Ludzki nabłonek wielowarstwowy
7. Jajnik kota
8. Jądra
9. Nerka szczura
10. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi
11. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi
12. Węzły chłonne
13. Wątroba
14. Żołądek
15. Płuco
16. Mięsień gładki w fazie skurczu
17. Nerw motoryczny
18. Rdzeń kręgowy
19. Mięsień sercowy
20. Mięsień szkieletowy
21. Tkanka łączna
22. Ścięgno psa
23. Tkanka kostna
24. Jelito cienkie
25. Mitoza w jajach glisty końskiej
26. Nabłonek wielowarstwowy

27. Nabłonek płaski
28. Nabłonek rzęskowy
29. Wymaz krwi ryby
30. Wymaz krwi ludzkiej
31. Skrzela mięczaka
32. Tchawka świerszcza
33. Płazinięć
34. Łuska ryby
35. Mrówka
36. Aparat gębowy świerszcza
37. Aparat gębowy muchy
38. Aparat gębowy motyla
39. Tylne odnóże pszczoły miodnej
40. Aparat gębowy pszczoły miodnej
41. Aparat gębowy samicy komara
42. Wrotek
43. Wioślarka
44. Skóra węża
45. Dżdżownica
46. Glista (samiec i samica)
47. Schistosoma (przywra krwi – samica)
48. Schistosoma (przywra krwi – samiec)
49. Płazinięć
50. Stułbia
51. Stułbia
52. Orzęsek Paramecium
53. Euglena
54. Skórka czosnku
55. Tasznik pospolity (młody embrion)
56. Tasznik pospolity (embrion)
57. Liść lilii
58. Pylnik lilii
59. Zalążnia lilii
60. Plazmodesma
61. Ziarno kukurydzy z białem
62. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli
63. Korzeń powietrzny storczyka
64. Owoc pomidora
65. Pyłek kwiatowy
66. Kielkujący pyłek kwiatowy
67. Liść fasoli
68. Łodyga pelargonii
69. Pień lipy
70. Pień lipy
71. Splątek mchu
72. Rodnia mchu
73. Pylnik mchu
74. Łodyga słonecznika

75. Łodyga dyni
76. Łodyga dyni
77. Łodyga kukurydzy
78. Łodyga kukurydzy
79. Młody korzeń bobu
80. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy
81. Liść kauczukowca
82. Żeński kłos zarodnionośny sosny
83. Męski kłos zarodnionośny sosny
84. Igła sosny
85. Liść moczarki
86. Łodyga moczarki
87. Liść jaśminu nagokwiatowego
88. Przedrośle paproci
89. Liść paproci
90. Porost
91. Koniugacja skrzętnicy
92. Skrzętnica
93. Closterium – glon
94. Diatomy
95. Zawłotnia
96. Promieniowiec
97. Rhizopus – grzyb
98. Kropidlak
99. Penicylina
100. Trzy rodzaje bakterii

Wszelkie zmiany w składzie zestawu preparatów należy skonsultować z Zamawiającym.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiają, iż umowa zostanie wykonana do dnia **15.06.2022 r.** Niezwłocznie po wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o fakcie wykonania, bądź do wniesienia w tym czasie zastrzeżeń, określając termin w ciągu którego oczekuje poprawienia i uzupełnienia dostawy..
3. Po zakończeniu dostawy Strony z uwzględnieniem realizacji czynności o których mowa w ust 2 powyżej, Strony sporządzą protokół odbioru dostawy, będący podstawą do uznania przedmiotu umowy za zrealizowany.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony zgodnie postanawiają, iż tytułem wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązane będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego, w wysokości przedstawionej w wybranej ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do tej umowy, to jest:

Wynagrodzenie netto: ... zł. (słownie: 00/100 złotych) plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę wynagrodzenia brutto zł. (słownie: 00/100 złotych).

2. W przypadku zmiany podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i nie podlega jakimkolwiek zmianom.
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia fakturę stanowiącej podstawę do zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru prac o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy bez zastrzeżeń, według następującego wzoru:

Nabywca: Powiat Wieluński
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
NIP: 832-17-93-787

Odbiorca: II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

.....
.....
/ adres/

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w fakturze, w szczególności w razie nie określenia Nabywcy i Odbiorcy zgodnie ze wskazaniem ust 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty, a termin płatności o którym mowa w ust 7 niniejszego paragrafu, zacznie biec od chwili doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
7. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 powyżej, na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego, w terminie do 14-u dni od chwili jego otrzymania.
8. W razie niedotrzymania terminu, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 4

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając wysoką jakość realizacji umowy.

§ 5

KARY UMOWNE

1. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
2. W razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu niniejszej wskazanego w § 2 tej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych, gdy wysokość poniesionej szkody skutkiem niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotowej umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego oświadczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty z tego tytułu kary umownej o której w niniejszym paragrafie.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oświadcza że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmujące w szczególności zawinione lub niezawinione przez niego spowodowanie uszkodzenia ciała bądź śmierci oraz szkodę majątkową na majątku Zamawiającego własnym, bądź majątku osób trzecich opiewające na kwotę nie niższą niż 500 000 zł. za jedno zdarzenie.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: